

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh có nhu cầu báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **mua vật tư y tế tiêu hao** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm nhận báo giá: Lê Thị Bích Hạnh nhân viên phòng Vật tư Thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh SĐT 0907.704.045.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại Phòng VT-TBYT Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh Số 399 Đường Nguyễn Đăng, Khóm 10, Phường 7, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, SĐT: 0294 3862 553.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8h ngày 06 tháng 5 năm 2024 đến trước 17h ngày 16 tháng 5 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ký

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục hàng hóa chi tiết:


STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Catheter chạy thận người lớn 12F x 15cm/20cm kim Y dẫn đường	Catheter 2 nòng, chất liệu: polyurethan, 12F dài 20cm. Kim Y dẫn đường 18 G x 7cm. Catheter 0.035" x70cm, bơm tiêm 5ml, 01 cây nong 10Fr x15cm, 01 cây nong 11,5Fr -12Fr x20cm, dụng cụ cố định catheter, Dao mổ số 11	Bộ	300

2	Guide Wires cứng	Dây tròn, nhẵn làm bằng thép không gỉ, đường kính: 0.025"-0,035"x 150cm,	Sợi	30
3	Airway các số	Các số 2,3, các cạnh trơn nhẵn mềm mại hạn chế tổn thương, đóng gói tiệt trùng từng cái,TC: ISO	Cái	6.000
4	Dây truyền dịch 20 giọt	Dây mềm chống xoắn, dài $\geq 1,5$ mét, , không có chất sinh nhiệt, bầu nhỏ giọt có màng lọc , Kích cỡ: 20 giọt/ml ,ISO	Sợi	60.000
5	Lọc vi khuẩn 3 chức năng	Có cổng đo CO2 và nắp đậy. nhãn ghi, Lọc vi khuẩn $\geq 99\%$,TC: CE, ISO	Cái	6.000
6	Ống nắp xanh có chất chống đông Citrat 2ml	KT: 12 x75ml, nắp xám, Chứa chất chống đông chống đông Kali Oxalat và Natri florua (Xét nghiệm glucose)	Cái/ Ống	20.000
7	Miếng dán sát khuẩn trước phẫu thuật 42cm x 40cm	Vật liệu Polyurethane Tấm dán trong suốt.KT: 42cm x 40cm (± 2), bám dính , đàn hồi tốt, ngăn ngừa vi khuẩn, nước thấm nhập từ bên ngoài sử dụng cho bệnh nhân trước phẫu thuật, vô khuẩn	Miếng	400
8	Kim lòn mạch máu 18G,20G,22G	kim bén, đầu kim phủ silicon cỡ 18G,20G,22G, có cánh có cửa.Cổng tiêm thuốc có van bơm silicon một chiều TC: ISO	Cái/ Cây	100.000
9	Catheter cổ hầm	Catheter đường hầm dùng trong lọc máu dài hạn: chất liệu polyurethan có cản quang, đường kính 14.5 Fr,chiều dài từ đầu tip đến cuff là 15 -42cm, van khóa khí tự động, tốc độ dòng chảy lên đến 500ml/ phút. Tiêu chuẩn ISO,FDA	Cái	30

10	Chỉ khâu không tiêu tổng hợp số 3-0	Chỉ không tan tổng hợp polypropylen, số 3-0, dài ≥ 75 cm kim tròn, kim thép phủ silicon	Tép	200
11	Dây nối bơm tiêm ≥ 140 cm	dây dài ≥ 140 cm, thể tích mỗi 0,9ml, chịu áp lực 3.5 bar. Tiêu chuẩn: ISO, CE,	Cái/ Sợi	10.000
12	Test chẩn đoán nhanh ma túy	Có cốc đựng mẫu thử, dùng phát hiện nhanh các chất: Methamphetamine, Heroin (Morphin), Amphetamine, Marijuana(THC).	Test	20.000
13	Gạc Vaseline	Gạc có tẩm vaselin, KT: 18 x 20cm (± 1 cm)	Miếng	15.000
14	Bơm tiêm 20ml 23G*1	Dung tích 20ml, cỡ kim 23G*1. Pít tông có khóa bẻ gãy để hủy bơm sau khi dùng, không chứa độc tố DEHP. Đạt tiêu chuẩn ISO	Cái	10.000
15	Gel siêu âm	Độ trơn và trượt tốt, không mùi, không gây kích ứng da, tạo độ dẫn truyền cao	Lít	400

VINH
 H V
 KH
 *

16	Quả lọc máu kèm hệ thống dây dẫn máu sử dụng cho máy lọc máu liên tục (OMNiset 1,6 m ²)	Bộ bao gồm 01 quả lọc diện tích 1.6m ² . 01 dây dẫn động mạch có các dây dẫn phụ chứa Heparin, công chọc kim để lấy mẫu. Dây dẫn tĩnh mạch kèm túi chứa 2 lít chất thải dịch môi, công chọc kim để lấy mẫu và công tiêm truyền, , 01 dây dẫn dịch lọc, 01 dây dẫn dịch thải, dây dẫn dịch bù túi dịch thải 7 lít,... thể tích khoang máu 94ml; hệ số siêu lọc 68 ml/h*mmHg. Độ thanh thải Ure =250ml/p, Creatinin= 227ml/p, Phosphate= 218ml/p, Vit B12= 170ml/p (hoặc tương đương)	Cái	50
17	Quả lọc máu và hệ thống dây dẫn (Prismaflex M100 set)	Quả lọc máu liên tục kèm bộ dây dẫn: Chất liệu: Vỏ và đầu quả lọc: Polycarbonate, Ống dẫn: PVC, Cartridge: PETG Thông số kỹ thuật của quả lọc: TMP tối đa* (mmHg/kPa): 450/60, Áp lực máu tối đa (mmHg/kPa): 500/66,6, Thể tích máu trong quả lọc ($\pm 10\%$): 152 ml, Diện tích màng hiệu dụng: 0,9m ² , Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 240 μ m, Độ dày thành sợi lọc: 50 μ m, Tốc độ máu: 75 - 400 ml/phút	Cái	30
18	Dây dẫn chẩn đoán mạch vành các cỡ, loại ái nước (Radifocus Guide Wire M (150cm))	Mô tả: Dây dẫn chụp mạch vành phủ lớp ái nước M Coat. Kích cỡ: đường kính 0.035", 0.038" chiều dài phần đầu	Cái	200



		linh hoạt: 3cm, đầu chữ cong, đầu thẳng. Dài 150cm. Chất liệu: cấu tạo lõi là hợp kim siêu đàn hồi (Nitinol), lớp áo ngoài polyurethane phủ lớp tungsten. Tiêu chuẩn kỹ thuật: đầu tip siêu mềm dẻo, linh hoạt, độ trơn hoàn hảo.		
19	Rọ bắt sỏi	hợp kim không gỉ, rọ 4 cánh, dây xoắn, có tay cầm mã ký hiệu SPRB hoặc tương đương	Cái	10

2. Địa điểm cung cấp: Phòng Vật Tư- TBYT, Bệnh Viện Đa Khoa Tỉnh Trà Vinh
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 03 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sẽ được thiết lập khi thương thảo hợp đồng.

Ghi chú:

Lưu ý: Đơn vị gửi báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VT, VT- TBYT.

GIÁM ĐỐC



TS.BS. Trần Kiến Vũ

Tên công ty....
Địa chỉ:
Mã số thuế:
Điện thoại:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

BÁO GIÁ

Kính gửi: **BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Trà Vinh, Chúng tôi Công ty, báo giá cho các thiết bị y tế, vật tư y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế, vật tư y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã VTYT theo QĐ 5086/QĐ-BYT	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá có VAT (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, lệ phí (nếu có)	Thành tiền (VND)
TỔNG CỘNG														
														-

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày tháng năm 2024

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
Giám Đốc